

## Pytania i odpowiedzi – dostawa 6 sztuk przetworników ciśnienia

**Pytanie 1:** Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji np. do 16 tygodni lub innego dłuższego okresu?

**Odpowiedź 1:** Nie ma takiej możliwości. Maksymalny czas na dostawę przetworników wynosi 12 tygodni licząc od momentu wysłania zamówienia.

**Pytanie 2:** W tabeli 1 punkty A9 i B9 mówią o zakresie kompensacji temperaturowej nie podając wymaganego zakresu minimum – czy mogą Państwo uściślić/podać wymagana przez Was zakres kompensacji temperaturowej?

**Odpowiedź 2:** Nie ma ściśle określonego wymagania co do zakresu, w jakim ma być kompensowana temperatura. Najlepiej by było, gdyby był to cały zakres działania przetworników. Jeżeli nie są Państwo w stanie dostarczyć takich czujników, to proszę podać maksymalny zakres, w jakim temperatura może być kompensowana.

**Pytanie 3:** W zapytaniu jest mowa o gwarancji, kiedy rozpoczyna się jej okres, lecz nie jest sprecyzowana długość okresu gwarancyjnego. Czy okres 12-miesięczny jest na Państwa akceptowalny?

**Odpowiedź 3:** Proszę określić w ofercie jak długi okres gwarancyjny mogą Państwo zapewnić. Nie ma wymagań co minimalnej długości okresu gwarancyjnego.

**Pytanie 4:** W tabeli 1 dla obu typów czujników podajecie Państwo zakresy ciśnienia: 0...350bar, 0...200bar i 0...50bar. Proszę o informację, czy ma to być

- pomiar ciśnienia absolutnego (wersja ABSOLUT)?
- pomiar ciśnienia względem aktualnego w miejscu pomiaru ciśnienia atmosferycznego (wersja GAGE)?
- pomiar ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego zamkniętego w fabryce podczas produkcji (wersja SEALED GAGE)?

**Odpowiedź 4:** Ma to być pomiar ciśnienia względem aktualnego w miejscu pomiaru ciśnienia (otoczenia), czyli tzw. pomiar ciśnienia względnego.

**Pytanie 5:** W Tabeli 1 podajecie Państwo zakresy temperaturowe pracy dla otoczenia i dla medium – czy w przypadku zaoferowanie czujnika, którego zakres pracy zaczynałby się od -54C uznacie Państwo, że warunek jest spełniony, czy nie?

**Odpowiedź 5:** Wymagania dzielą się na wymagania typu obligatoryjne oraz wymagania z podaną wagą punktową. Wymaganie odnośnie zakresu temperaturowego jest wymaganiem z podaną wagą punktową. Oznacza to, że jeżeli nie są Państwo w stanie zapewnić przetworników pracujących w zakresie: -55 °C ... +135 °C to proszę podać, w jakim zakresie mogą pracować Państwa produkty i na tej podstawie zostanie przydzielona odpowiednia ilość punktów (w tym przypadku maksymalnie 5).

**Pytanie 6:** Żebyśmy mogli złożyć Państwu ofertę, potrzebujemy informacji odnośnie tego, jak i gdzie czujniki będą używane i/lub testowane?

**Odpowiedź 6:** Czujniki będą używane jako części stanowiska testowego. Stanowisko testowe nie będzie dedykowane do żadnego produktu ani projektu, będzie ono ogólnego przeznaczenia. Czujniki będą mierzyć i przetwarzać ciśnienie w układzie hydraulicznym w stanowisku testowym.

**Pytanie 7:** Kto będzie użytkownikiem końcowym?

**Odpowiedź 7:** Użytkownikiem końcowym będzie UTC Aerospace Systems Wrocław.